

X線装置の倍率(拡大率)の計算方法

X線の倍率はレンズなどで可変させることは不可能。
試料と撮像面を物理的に離すことが必要。

$$\text{拡大率}(X) = l2 / l1$$

) モニタ倍率はモニタに映った像が何倍になったかを実測した値

